Свидетельство о периодической поверке
и поверке при выпуске из ремонта

Тип счетчика и зав. №	Вид поверки	Дата поверки	Результат поверки	Ф.И.О. подпись и оттиск клейма поверителя

Поверка водосчетчика проводится в соответствии с ГОСТ Р 8.1012-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики воды. Методика поверки. Межповерочный интервал для счетчиков холодной, холодной и горячей воды, устанавливаемых на трубопроводах холодной воды – 6 лет и для счетчиков холодной и горячей воды, устанавливаемых на трубопроводах горячей воды- 6 лет.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность счетчика воды ВДТГ -____ИМ в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и монтажа.

NINGBO NORMANT METER CO

ME 65

СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ ВДТ

ПАСПОРТ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Назначение изделия: счетчики холодной ВДТХ, ВДТХ-М, ВДТХ-И и горячей воды ВДТГ, ВДТГ-М, ВДТГ-ИМ турбинный предназначены для измерения объема питьевой воды, протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения под давлением не более 1,6МПа (16кгс/см^2).
Счетчик воды соответствует требованиям Стандарта предприятия «NINGBO NORMANT METER CO»

Обозначение изделия: ВДТГ -_____ИМ
Заводской номер: _____

Основные технические характеристики:
1.Диаметр условного прохода **Ду, мм** _____
2.Диапазон температур измеряемой жидкости, **°С** от 5 до 90
3.Номинальный расход: **Qn, м^3/ч**. _____
4.Монтажная длина, мм: _____
5.Предел допускаемой относительной погрешности измерения счетчиком объема холодной и горячей воды (в диапазоне расхода 4 – 100%), не более:
±5,0% от измеренного объема в диапазоне расходов от $\mathbf{Q_{min}}$ до $\mathbf{Q_t}$;
±2,0% от измеренного объема в диапазоне расходов от $\mathbf{Q_t}$ (включительно) до $\mathbf{Q_{max}}$.
6.Безопасность конструкции счетчика – по ГОСТ 12.2.003
7.Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений: № 95969-25
8.Средний срок службы счетчика воды – **12 лет**.
9.Выпускается по Стандарту предприятия «NINGBO NORMANT METER CO».

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Кол. (шт.)	Примечание
Счетчик ~~холодной~~ / горячей воды турбинный ВДТГ - _____ИМ	1	модификация по заказу
Паспорт	1	
Руководство по эксплуатации (поставляется по заказу)	1	Поставляется на партию не менее 10шт.

Свидетельство о приемке:
Счетчик ~~холодной~~ / горячей воды турбинный соответствует Стандарту предприятия «NINGBO NORMANT METER CO» и признан годным и допущен к эксплуатации.

Оттиск клейма ОТК Дата выпуска _____20 г.

Подпись лица, ответственного за приёмку _____

Свидетельство о поверке:
Счетчик ~~холодной~~ / горячей воды
турбинный ВДТГ -**_____ИМ** на основании результатов первичной поверки, проведенной органом Госстандарта, признан годным и допущен к эксплуатации.

Место оттиска клейма поверителя
Поверитель_____
(подпись)
«___» _____20 г.